EMERPROCAN

WESAIL

TEST RÁPIDO DE ANTÍGENOS
(Oro coloidal)

IVD CE EUA APPLYING

TUV ISO 13485

CONT 20 Tests

REF JTCBE0040/BE004

Detección de la proteína N del SARS-CoV-2

Indicación de infecciones agudas y tempranas

- Sensibilidad 90%
- Especifidad 98%
- Resultado en 15min
- LoD = 8x102 TCID50/mL

Introducción

La detección de antígenos puede detectar directamente la proteína SARS-CoV-2 en el período de incubación y la etapa temprana de la infección, mientras que la detección de anticuerpos puede detectar anticuerpos IgG e IgM producidos por el sistema inmunológico humano unos días después de la infección. La combinación de pruebas de antígenos y anticuerpos puede proporcionar un diagnóstico y seguimiento completos de la infección por COVID-19.

Representación aproximada y orientativa de diagnóstico COVID 19 con combinación de Antígenos y Anticuerpos



EMERPROCAN
CL. SOR CARMEN PULIDO Nº 12
35202- URB. RES. LA HOYETA-LA PARDILLA
TELDE- LAS PALMAS
TELF. 928 48 12 48 C.I.F. B-35805357

e-mail:
info@emerprocan.com
www.emerprocan.com

CE

Vers.: MA.Covid. Rapid Tests Ag 01

Procedimiento de prueba

Recoger una muestra con el hisopo nasal o nasofaríngeo	Retire el sello de membrana del tubo regulador de lisis con la tapa de la boquilla	Inserte el hisopo, gírelo 5 veces mientras aprieta continuamente el tubo, asegurándose de eliminar todo el líquido del hisopo	Agite el tubo suavemente durante 10 veces y déjelo reposar durante 1 minuto	Deseche las dos primeras gotas de la muestra procesada, luego agregue tres gotas verticalmente en el pocillo de la muestra y deje reposar 15 min

Nota:
1. Lea atentamente el manual de instrucciones de este kit antes de usarlo.
2. Mantenga los casetes en su bolsa de aluminio sellada antes de usarlos; usar durante los 30 minutos después de abrir o usar inmediatamente después de abierto si la temperatura es superior a 30 ° C o en hay condiciones de alta humedad.

Interpretación de resultados



Positivo **Negativo** **Inválido** **Inválido**

Presentación producto

◉ El kit incluye 20 cassettes individuales, 21 buffer de lisis (0,6ml de reactivo cada tubo), 21 hisopos de recogida de muestra nasofaringea, 21 tapas de boquilla con cubierta protectora, instrucciones.

EMERPROCAN
CL. SOR CARMEN PULIDO Nº 12
35202- URB. RES. LA HOYETA-LA PARDILLA
TELDE- LAS PALMAS
TELF. 928 48 12 48 C.I.F. B-35805357

e-mail:
info@emerprocan.com
www.emerprocan.com

CE